

## 非无菌手术产品额外信息

注意：不要在现场有易燃麻醉剂的情况下使用。  
避免接触到潜在火源。

对后续购买者或再装箱者的通知<sup>1</sup>

这些是进口物品。据《美国法典》第 19 章第 1304 节和《美国联邦法规》第 19 章第 134 部分的要求，物品或其容器必须在显眼的地方进行标记，且在物品或容器性质允许的情况下，标记应尽可能清晰、不可擦除并长期存在，以此向美国的最终购买者表明该物品原产国的英文名称。

可用于可能经过 EO 灭菌的产品。

---

<sup>1</sup> 本通知仅适用于美国